BAYER

Contour XT

Système d'autosurveillance glycémique

Manuel d'utilisation simplifiée

Votre lecteur CONTOUR®XT



Affichage

Touches de défilement haut/bas

Touche mémoire (Marche/Arrêt, Rappel de mémoire, Validation)

Port d'insertion de la bandelette réactive

Utilisez uniquement la bandelette réactive CONTOUR®NEXT

Extrémité grise à introduire dans le port d'insertion.

Zone d'aspiration de l'échantillon sanguin

Procédure de test **Consultez votre Manuel d'utilisation CONTOUR®XT ainsi que la notice d'utilisation MICROLET®2 pour des instructions complètes. AVERTISSEMENT : L'autopiqueur est réservé à un usage strictement individuel.**

Avant de commencer

1. Lavez-vous et séchez-vous les mains soigneusement.

2. Introduisez l'extrémité grise de la bandelette réactive dans le port d'insertion du lecteur.

3. Le lecteur s'allume. L'image d'une bandelette réactive avec une goutte de sang clignotante apparaît, vous permettant de savoir si le lecteur est prêt pour le test.



4. Retirez l'embase de l'autopiqueur MICROLET®2.

5. Tournez d'un ¼ de tour le capuchon protecteur de la lancette (sans l'enlever).



6. Insérez fermement la lancette dans le porte-lancette de l'autopiqueur jusqu'à ce qu'elle soit complètement bloquée. Cela permet d'armer le dispositif.

7. Enlevez le capuchon protecteur de la lancette.

8. Replacez l'embase réglable de l'autopiqueur avant de réaliser le prélèvement sanguin.

9. Réglez la molette pour obtenir la profondeur de prélèvement souhaitée.

Prélèvement sanguin

1. Pressez fermement l'embase réglable contre le site de prélèvement et appuyez sur la touche de commande bleue avec votre pouce.

2. Massez votre main et votre doigt aux abords du site de prélèvement pour obtenir une goutte de sang.

Réalisation du test de glycémie

1. Utilisez uniquement les bandelettes réactives CONTOUR NEXT avec le lecteur CONTOUR XT.

2. Mettez immédiatement l'extrémité de la bandelette réactive en contact avec la goutte de sang. Le sang est aspiré par capillarité.

3. Maintenez l'extrémité de la bandelette réactive dans la goutte de sang jusqu'à ce que le lecteur émette un signal sonore.

4. Après le signal sonore, le lecteur décompte 5 secondes, puis le résultat de votre test de glycémie s'affiche automatiquement.



5. Retirez la bandelette réactive pour éteindre le lecteur. Jetez la bandelette réactive usagée comme tout autre déchet médical.

Ejection de la lancette usagée

1. D'une main, maintenez l'autopiqueur avec votre pouce sur l'emplacement prévu à cet effet, tel qu'illustré. Enlevez délicatement le capuchon protecteur.

2. Placez le capuchon protecteur de la lancette sur une surface plane avec le logo Bayer vers le bas.

3. Avec la lancette toujours dans l'autopiqueur, enfoncez complètement l'aiguille de la lancette usagée au centre du capuchon protecteur.

4. Ejectez la lancette dans un récipient en suivant les instructions fournies dans la notice d'utilisation de votre autopiqueur.

5. Remettez l'embase.

Besoin d'aide :

France : 0 800 34 22 38 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Belgique : 0800 97 212

⚠ Risques biologiques potentiels

Tous les systèmes d'autosurveillance glycémique doivent être considérés comme à risque biologique potentiel.

Les professionnels de santé ou les personnes utilisant ce système de surveillance glycémique sur différents patients, doivent respecter les procédures concernant l'hygiène et la prévention des infections, en vigueur dans leur établissement.

Tous les produits ou objets qui ont été en contact avec du sang humain, doivent être considérés et manipulés comme source potentielle de contamination virale, même après nettoyage.

L'utilisateur doit suivre les recommandations de prévention des maladies transmises par le sang dans les services de soins, telles qu'elles sont établies pour les échantillons humains potentiellement infectieux, avant toute investigation.

Consultez votre Manuel d'utilisation pour des instructions complètes.

© 2011 Bayer. Tous droits réservés.
Bayer, la Croix Bayer, CONTOUR, MICROLET et le logo No Coding sont des marques déposées de Bayer.

Utilisation du mode Avancé

Paramétrage de votre lecteur en mode Avancé

Pour paramétrer votre lecteur en mode Avancé et bénéficier des marqueurs et autres fonctions disponibles :

1. Appuyez sur **M** pour mettre votre lecteur en marche.
2. Appuyez et maintenez enfoncé ▲ ou ▼ pendant 3 secondes.
3. L-1 clignote.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour passer à L-2.
5. Appuyez sur **M** pour valider.

Découvrez comment ces fonctions supplémentaires peuvent vous aider à mieux gérer votre diabète.

Contactez le Service clientèle de Bayer en :

France : 0 800 34 22 38
(appel gratuit depuis un poste fixe)
Email: autosurveillance.diabete@bayer.com

Belgique : 0800 97 212
Email: info@bayerdiabetes.be

Après avoir réalisé une glycémie, utilisez si nécessaire les marqueurs

POUR MARQUER UN RESULTAT	VOUS VERREZ	POUR REGLER	VOUS VERREZ	CELA SIGNIFIE	UTILISATION DU RAPPEL
Préprandial (Marquer une glycémie effectuée avant un repas). Appuyez sur ▲ ou ▼	(Clignotement)	Appuyez sur **M**		Le résultat est identifié comme étant une glycémie préprandiale. Appuyez de nouveau sur **M** pour régler le rappel de glycémie postprandiale. →	Lorsque le rappel sonne, le lecteur s'allume et vous visualisez vos résultats de glycémie préprandiale. Appuyez une fois sur n'importe quelle touche pour arrêter le rappel et deux fois pour éteindre le lecteur. Effectuez une autre glycémie et identifiez-la à l'aide du symbole marqueur postprandial (voir tableau de gauche).
Postprandial (Marquer une glycémie effectuée après un repas). Appuyez sur ▲ ou ▼	(Clignotement)	Appuyez sur **M**		Le résultat est identifié comme étant une glycémie postprandiale.	
Journal (Identifier toute glycémie comme unique ou différente). Appuyez sur ▲ ou ▼	(Clignotement)	Appuyez sur **M**		Le résultat est identifié dans la mémoire comme étant unique ou différent. Vous devez l'annoter dans votre carnet de suivi.	

Symbole de rappel (pré-réglage à 2 heures) pour réaliser une glycémie postprandiale. Consultez le Manuel d'utilisation pour des instructions complètes.

Codes erreur et symboles

Consultez votre Manuel d'utilisation pour une liste complète des codes erreur.

E1	Température en dehors des plages acceptées.
E2	Un problème est survenu au moment de l'aspiration par capillarité du sang. Recommencez le test en utilisant une nouvelle bandelette réactive.
E3	Le lecteur reconnaît une bandelette réactive usagée ou l'utilisation d'une mauvaise solution de contrôle. Recommencez le test en utilisant une nouvelle bandelette réactive.
E11	Résultats inhabituels. Recommencez le test en utilisant une nouvelle bandelette réactive.

Bayer HealthCare

Bayer Consumer Care AG
Peter Merian-Strasse 84
4052 Basel, Switzerland

CE 0088 Bayer

84168174
Rev. 10/11